

Equipamento Nome	Marca	Codigo	N.º Serie	Certificado	Data Calibração	Periodicidade Calibração	Proxima Calibração	Entidade	Certificado Nº.	Data manut.	Intervalo manut. preventiva	Data prox. Manut.	Data verif.
Paquímetro digital	Digimess	LG01	-	RBC	04/07/2018	2 anos	04/07/2020	QualyMed	QM08892/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	20/03/2019
Cronometro Digital	Instrutherm	LG02	-	RBC	03/10/2018	18 meses	03/04/2020	Visomes	LV00893-28648-18-R0	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	08/03/2019
Cal. Anel Cônico	Neomatic	LG03	-	-	-	Fora de uso	-	-	-	-	-	-	-
Cal. Tampão Cônico	Neomatic	LG04	23.542	RBC	07/03/2016	4 anos	07/03/2020	Ceime	BRSA-3907/03/2016	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	01/03/2019
Peso Padrão	Knwaaagen	LG05	14269301	RBC	03/12/2014	5 anos	03/12/2019	Knwaaagen	M-50460/14	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	20/03/2019
Peso padrão	Quanto Brasil	LG06	-	RBC	03/08/2016	5 anos	03/08/2021	Padrão Balanças	MA 483_07_16	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	20/03/2019
Peso Padrão	-	CG07	58228	RBC	30/05/2018	5 anos	30/05/2023	Padrão Balanças	MA 488_05_18	07/05/2019	6 meses	07/11/2019	20/03/2019
Microscópio	Motic	LG08	M007440M	RBC	04/09/2018	2 anos	04/09/2020	N.MISCHI	NMST BRCA5000/2018	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	
Microscópio	Dino	LG09	470064	RBC	26/06/2019	2 anos	26/06/2021	N.MISCHI	NMST BRCA5000/2019	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	21/03/2019
Relógio comparador	Mitutoyo	LG10	-	RBC	04/07/2018	2 anos	04/07/2020	QualyMed	QM08893/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	21/03/2019
Micrometro digital	Digimess	LG11	121093442	RBC	27/02/2018	2 anos	27/02/2020	QualyMed	QM02641/18	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	21/03/2019
Paquímetro digital	Digimess	LG12	-	RBC	04/07/2018	2 anos	04/07/2020	QualyMed	QM08894/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	20/03/2019
Balança analítica	Marte/Shimadzu	LG13	D305320996	RBC	11/02/2019	1 ano	11/02/2020	ELUS INSTR.	E10263/19	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	
Termometro digital	Deltt	LG14	-	RBC	06/09/2018	18 meses	06/03/2020	Visomes	LV00893-26755-18-R0	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	21/03/2019
Medidor de pH digital	Quimis	LG15	12050510	RBC	11/02/2019	1 ano	11/02/2020	ELUS INSTR.	E30263/19	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	
Dinamometro	O.Filizola	LG16	-	RBC	10/12/2018	2 anos	10/12/2020	ELUS INSTR.	E14844/18	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	07/03/2019
Estufa	Quimis	LG17	12870525	RBC	01/07/2019	2 anos	01/07/2021	Novus	6617/19	18/06/2019	6 meses	18/12/2019	21/03/2019
Equip. teste de vazamento de líquido em s	Hengy.I.Weighing	LG18	1240807	RBC	19/07/2018	2 anos	19/07/2020	ELUS INSTR.	1/18 - E13137B/18 - E13137C/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	08/03/2019
Equip. teste vazamento de ar em seringa	Hengy.I.Weighing	LG19	12-41106	RBC	19/07/2018	2 anos	19/07/2020	ELUS INSTR.	23137A/18 - E23137B/18 - E3137C/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	08/03/2019
Equip. multiuso montagem cônica 6%	Hengy.I.Weighing	LG20	1240810	RBC	19/07/2018	2 anos	19/07/2020	ELUS INSTR.	3137B/18 - E33137C/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	08/03/2019
Equip. teste de resistência de ruptura em c	Hengy.I.Weighing	LG21	12-40302	RBC	28/02/2018	2 anos	28/02/2020	QualyMed	QM02642/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	08/03/2019
Equip. teste rigidez em cânula	Hengy.I.Weighing	LG22	12-41215	RBC	19/07/2018	2 anos	19/07/2020	ELUS INSTR.	E43137/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	11/02/2019
Termohigrometro	-	LG23	-	-	-	Fora de uso	-	-	-	-	-	-	-
Cronômetro digital	Instrutherm	LG24	-	-	-	Fora de uso	-	-	-	-	-	-	-
Massas	-	LG25	-	RBC	30/05/2018	5 anos	30/05/2023	Padrão Balanças	MA 487_05_18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	20/03/2019
Luxímetro	Minipa	LG26	MB1011003592	RBC	10/05/2018	2 anos	10/05/2020	Chrompack	95029	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	
Analizador de Carbono	NCS	LG27	-	-	-	Fora de uso	-	-	-	-	-	-	-
Balança analítica	Sartorius	LG28	28290360	RBC	11/02/2019	1 ano	11/02/2020	ELUS INSTR.	E20263/19	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	
Chapa Aquecedora	Quimis	LG29	9030361	RBC	19/07/2018	2 anos	19/07/2020	ELUS INSTR.	E53137/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	21/03/2019
Espectrofotometria	MC	LG30	-	-	-	Fora de uso	-	-	-	-	-	-	-
Relógio comparador	Mainard	LG31	-	RBC	13/05/2019	2 anos	13/05/2021	QualyMed	QM07044/19	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	21/03/2019/
Cal. Anel Cônico	Neomatic	LG32	34.320	RBC	30/06/2016	4 anos	30/06/2020	Feinmess	D7146/16	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	20/03/2019
Cal. Tampão Cônico	Neomatic	LG33	44.566	RBC	22/05/2019	4 anos	22/05/2023	Feinmess	D5662-19		6 meses		
Medidor de temperatura digital	Novus	LG34	15293415	RBC	01/07/2019	2 anos	01/07/2021	Novus	6766/19	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	25/04/2019
Cal. Tampão de rosca P. NP	Neomatic	LG35	67.339	RBC	13/05/2019	3 anos	13/05/2022	QualyMed	QM07046/19	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	
Mesa agitadora	Tecnal	LG36	13050153	RBC		2 anos	03/05/2020	Visomes	756-18-R0 / LV00893-	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	
Bureta graduada 5 mL	-	LG37	-	RBC	29/12/2015	Fora de uso	29/12/2020	Visomes	LV45893-15-R0	-	-	-	-
Espectrofotometria AA	Varian	LG38	EL 93121926	Rast.	13/02/2019	1 ano	13/02/2020	PH Instru.	4506	20/02/2019	6 meses	20/08/2019	26/02/2019
Medidor de espessura	Mitutoyo	LG39	130116	-	-	Fora de uso	-	-	-	-	-	-	-
Insuflador de ar (Manômetro)	-	LG40	-	RBC	04/10/2018	2 anos	04/10/2020	Visomes	LV00893-28650-18	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	05/03/2019
Insuflador de ar (Manômetro)	ABSI	LG41	11553	RBC	13/10/2016	2 anos	Fora de uso	ABSI	CAL-140688/16	-	6 meses	-	-
Extensômetro	O. Filizola	LG42	8582	RBC	12/07/2018	18 Meses	12/01/2020	Kratos	R42207/18	06/03/2019	6 meses	06/09/2019	06/03/2019
Câmara de vacuo	-	LG43	-	RBC	04/10/2018	2 anos	04/10/2020	Visomes	LV00893-28651-18-R0	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	06/03/2019
Mandril p/comprimento Preservativo	-	LG44	-	RBC	14/10/2016	3 anos	14/10/2019	Instemag	18735/16C		6 meses	-	-
Medidor de diâmetro interno	Pantec	LG45	110994305	RBC	13/05/2019	2 anos	13/05/2021	Qualymed	QM07043/19	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	
Manômetro analógico	ABSI	LG46	10956	RBC	13/05/2019	2 anos	13/05/2021	QualyMed	QM07045/19	26/04/2019	6 meses	26/10/2019	26/04/2019

Intervalo verif. intermediária	Data prox. Verif.	OBS.
6 meses	20/09/2019	Pasta nº05
6 meses	08/09/2019	Pasta nº05
-		Pasta nº05
6 meses	01/09/2019	Pasta nº05
6 meses	20/09/2019	Pasta Nº5
6 meses	20/09/2019	Pasta nº5
6 meses	20/09/2019	Pasta nº5
Não realiza		Pasta nº05
6 meses	21/09/2019	Pasta nº05
6 meses	21/09/2019	Pasta nº05
6 meses	21/09/2019	Pasta nº05
6 meses	20/09/2019	Pasta nº05
Semanal	-	Pasta nº05
6 meses	21/09/2019	Pasta nº05
Antes de cada uso		Pasta nº05
6 meses	07/09/2019	Pasta nº05
6 meses	21/09/2019	Pasta nº05
6 meses	08/09/2019	Pasta nº05
6 meses	08/09/2019	Pasta nº05
6 meses	08/09/2019	Pasta nº05
6 meses	08/09/2019	Pasta nº05
6 meses	11/08/2019	Pasta nº05
-		Pasta nº05
-		Pasta nº05
6 meses	20/09/2019	Pasta nº05
Não realiza		Pasta nº05
-		Pasta nº05
Semanal		Pasta nº05
6 meses	21/09/2019	Pasta nº05
-		Pasta nº05
6 meses	21/09/2019	Pasta nº05
6 meses	20/09/2019	Pasta nº05
6 meses		Pasta nº05
6 meses	25/10/2019	Pasta nº05
Não realiza		Pasta nº05
Não realiza		Pasta Nº06
-	-	Pasta Nº06
6 meses	26/08/2019	Pasta Nº06
-		-
6 meses	05/09/2019	Pasta Nº06
6 meses		Pasta Nº06
6 meses	06/09/2019	Pasta Nº06
6 meses	06/09/2019	Pasta Nº06
6 meses		Pasta Nº06
Não realiza		Pasta Nº06
6 meses	26/10/2019	Pasta nº06